

Warszawa, 10.07.2017 r.

Dotyczy postępowania:

Cz I: Usługa wykonania kriostatu oraz karkasów dla modelu transformatora nadprzewodnikowego

Cz II: Wykonanie przepustów prądowych z ekranem miedzianym dla modelu transformatora nadprzewodnikowego

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający zgodnie za art. 38 ust. 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), oraz zapisami SIWZ udziela wyjaśnień:

Zamawiający na podstawie rozdziału XXII pkt. 7 SIWZ informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ i pozostałej dokumentacji przetargowej, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego niniejsze oświadczenie Zamawiającego (Odpowiedzi na pytania).


Pytanie:

Czy konieczne jest użycie materiału POM-C w kolorze czarnym? Materiał POM-C w kolorze białym jest łatwiej dostępny, co sprawi że termin realizacji zamówienia nie przekroczy terminu wymaganego zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie materiału POM-C w innych kolorach.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej



Barbara Zagaja-Chmielewska