

Warszawa, dnia 06.12.2016 r.

SKP/176/2016

WYKONAWCY

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego rejestratora napięć udarowych z oprogramowaniem, znak sprawy: T-30/16-NZL/NBW

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami w SIWZ udziela wyjaśnień:

PYTANIE NR. 1

Czy zgadzacie się na dopuszczenie do przedmiotowego postępowania oferty CYFROWEGO REJESTRATORA NAPIĘĆ UDAROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM z zakresem mierzonych napięć na wejściu wysokonapięciowym: od nie więcej niż 20 Vpp do nie mniej niż 2000Vpp (zamiast wyspecyfikowanego "od nie więcej niż 12Vpp do nie mniej niż 1950Vpp) ?
(patrz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.3) 2 kanały pomiarowe z regulowanym próbkowaniem ≥ 200 MS/s i rozdzielczością ≥ 14 Bit o następujących parametrach:
- kanały próbkowane równocześnie z pamięcią co najmniej 256K próbek na kanał; - zakres mierzonych napięć na wejściu wysokonapięciowym: od nie więcej niż 12Vpp do nie mniej niż 1950Vpp - zmiana podzakresów ze współczynnikiem nie większym niż 1,28. - gniazdo wejściowe typu N lub typu LEMO - pasmo analogowe (-3dB) co najmniej DC-50MHz - czas narastania ≤ 7 ns - impedancja wejściowa: $R \geq 1$ M Ω , $C \leq 50$ pF)

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez zastąpienie wartości wymagań szczegółowych określonych w pkt. I.3:

- 1) jest: „- zakres mierzonych napięć na wejściu wysokonapięciowym: od nie więcej niż 12Vpp do nie mniej niż 1950Vpp” winno być: **“- zakres mierzonych napięć na wejściu wysokonapięciowym od nie więcej niż 20 Vpp do nie mniej niż 1950 Vpp”**
- 2) jest: „- zmiana podzakresów ze współczynnikiem nie większym niż 1,28” winno być: **„- zmiana podzakresów ze współczynnikiem nie większym niż 2,5”**.


Zmiany należy uwzględnić w **specyfikacji technicznej w formularzu Oferta**.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach i koryguje odpowiednio dokument SIWZ.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia **09.12.2016 r. godz. 9.50**, na dzień **13.12.2016 r. godz. 9.50**. Otwarcie ofert nastąpi **13.12.2016 r. o godz. 10.00**.

Odpowiednio zmienia się treść SIWZ poprzez zmianę daty 09.12.2016 r. na datę 13.12.2016 r. w następujących punktach: 11.5.1, 11.5.2, 13.6, 14.1, 14.3.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej


mgr inż. Barbara Zagaja-Chmielewska