

Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Warszawa, dnia 08.12.2016 r.

SKP/178/2016

WYKONAWCY

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego rejestratora napięć udarowych z oprogramowaniem, znak sprawy: T-30/16-NZL/NBW

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami w SIWZ udziela wyjaśnień:


PYTANIE NR. 2

Czy zgadza się Pan na dopuszczenie do przedmiotowego postępowania oferty cyfrowego rejestratora napięć udarowych z oprogramowaniem z poziomem niepewności rozszerzonej pomiaru przy pomiarze wartości szczytowej LI i SI wynoszącym $\leq 0,7 \%$ (zamiast wyspecyfikowanego $\leq 0,6 \%$)?

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający koryguje formularz OFERTA (zał. nr 2 do SIWZ) poprzez zastąpienie wymaganej wartości parametru poziomu niepewności rozszerzonej przy pomiarze wartości szczytowej LI i SI, jest: " $\leq 0,6 \%$ ", powinno być: " $\leq 0,7 \%$ ".

Przewodnicząca Komisji Przetargowej


mgr inż. Barbara Zagaja-Chmielewska